

## 2018 年 3 月安全检查情况

化学化工学院一楼危险品仓库卫生状况良好，废液桶、袋摆放整齐。



化学化工学院一楼危险品仓库 **3-5130 外侧消防通道** 处放置了 6 瓶废液，其中有六价铬废液，其余不明。废液应尽快进行安全处理，并贴好标签以免他人因不明而误触，另外不应占用消防通道。





三楼、四楼

四区东面走廊均有放置未贴标签的废液桶，责任人需要监督。废液桶需置于室内，同时贴好标签。



生命科学学院未发现安全隐患。

国家单糖中心各实验室卫生状况优秀，3-1115室高压气瓶缺乏安全保护装置。

望尽快整改。

实验室建设与管理中心

2018年3月1日